

URIT-26 Medidor de Glucosa

Especificaciones:

- Muestra: Sangre fresca capilar total
Muestra de volumen: mínimo 1,5 uL
- Método de ensayo: biosensor de glucosa oxidasa
- Unidad de medida: mg / dl.
- Incluye tira especial para control de calidad.
- Incluye eyector de lancetas.
- Incluye estuche protector.
- Entrega de resultado en 5 segundos.
- Rango de medición: desde 20 mg/l hasta 600 mg/l.
- Gran pantalla LCD.
- Memoria: 250 resultados
- Batería de capacidad hasta 1.000 pruebas
- Monitor de batería automático y alarma de baja potencia.
- Rangos de funcionamiento:
 - Temperatura: 5 a 45°C.
 - Humedad relativa: ≤ 80%.
- Peso: Aproximadamente 36g con batería.
- Dimensión: 78 x 58 x 22mm .



1 Insertar tarjeta de código



2 Insertar tira reactiva. El equipo se activará automáticamente



3 Aplicar una gota de sangre. El resultado aparece a los 5 segundos.



4 Sacar la tira reactiva. El equipo se desactivará automáticamente